

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I – CHŁODZIARKO – ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarko – zamrażarki laboratoryjnej do Laboratorium Badań Chemicznych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełnić wymagania nie gorsze niż:

1. WYMAGANE PARAMETRY

a) Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (H x W x D) mm: 860 x 540 x 600,
- Wymiary wewnętrzne części mrożącej (H x W x D) mm: 120 x 400 x 295,
- Wymiary wewnętrzne części chłodzącej (H x W x D) mm: 525 x 450 x 450,
- Zużycie energii w ciągu 24h: 0,7 kWh,
- Klasa klimatyczna: SN – ST,
- Pojemność całkowita urządzenia (dm³): 119,
- Pojemność całkowita części mrożącej (dm³): 13,
- Pojemność całkowita części chłodzącej (dm³): 106,
- Zakres temperatury części mrożącej (°C): -18 ÷ - 25,
- Zakres temperatury części chłodzącej (°C): 2 ÷ 10,
- Drzwi: pełne,
- Liczba półek: 2,
- Liczba szuflad: 1,
- Odszraniane: część mrożąca – manualne; część chłodząca – automatyczne,
- Napięcie (V): 220 – 240,
- Uchwyt antybakteryjny: tak,
- Alarmy: tak,
- Zamek umożliwiający zamknięcie drzwi na klucz: tak,
- Wyświetlacz: zewnętrzny, cyfrowy

b) Wymagania dodatkowe:

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i wad prawnych,
- Okres gwarancji: min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru,
- Okres zagwarantowania części zamiennych od daty sprzedaży – minimum 5 lat,
- Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.