

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### Dot. sprawy nr: 13/II/ZP/UL4/2011

Zamawiający Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113 poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę.

#### **Dotyczy CIEPLARKI.**

##### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową wykonaną ze stali malowanej proszkowo ?

Odpowiedź: **NIE**

##### Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD z klawiaturą membranową?

Odpowiedź: **NIE**

##### Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez filtra hepa ?

Odpowiedź: **NIE**

##### Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez menu w języku polskim ?

Odpowiedź: **NIE**

#### **Dotyczy SUSZARKI.**

##### Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z temperaturą od +5°C powyżej temp. otoczenia do + 200°C.

Odpowiedź: **NIE.**

##### Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym kominkiem?

Odpowiedź: **NIE.**

##### Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez menu w języku polskim?

Odpowiedź: **NIE.**

##### Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza, z zakresem regulacji wentylatora 60 – 100%.

Odpowiedź: **NIE.**

##### Pytanie nr 9.

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert do końca 2011 r?

Odpowiedź: **NIE.**

##### Pytanie nr 10.

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy towaru do końca stycznia 2012 r?

Odpowiedź: **NIE.**